

土壤亮氨酸氨基肽酶(S-LAP)试剂盒说明书

(货号:BP10100W-96 微板法 96样 有效期: 6个月)

一、指标介绍:

土壤亮氨酸氨基肽酶(LAP, EC 3.4.11.1)是一类能水解肽链 N-末端为亮氨酸的酶,由土壤微生物分泌。该酶活性变化与机体某些病理状态密切相关。

土壤亮氨酸氨基肽酶(S-LAP)分解 L-亮氨酰对硝基苯胺生成对硝基苯胺,该物质在 405nm 有最大 吸收峰,通过测定吸光值升高速率来计算 S-LAP 活性。

二、试剂盒组分与配制:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
试剂一	液体 120mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	粉剂 2 瓶	-20℃避光保存	每瓶: 1. 开盖前注意使试剂落入底部 (可手动甩一甩); 2. 加入 2. 7mL 乙醇混匀溶解; 3. 保存周期与试剂盒有效期相 同。
试剂三	液体 70mL×1 瓶	4℃保存	
标准品	粉剂 1 支	4℃避光保存	1. 若重新做标曲,则用到该试剂; 2. 按照说明书中标曲制作步骤 进行配制; 3. 溶解后的标品一周内用完。

三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 96 孔板、离心管、酶标仪、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

四、指标测定:

建议先选取 1-3 个差异大的样本(例如不同类型或分组)进行预实验,熟悉操作流程,根据预实验结果确定或调整样本浓度,以防造成样本或试剂不必要的浪费!

1、样本处理:

取新鲜土样或干土(风干或者 37 度烘箱风干),先粗研磨,过 40 目筛网备用。 【注】土壤风干,减少土壤中水分对于实验的干扰,土壤过筛,保证取样的均匀细腻;

2、检测步骤:

- ① 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 405nm。
- ② 在 EP 管中依次加入:

试剂组分 (μL)	测定管	对照管	空白管 (仅做一次)
土样 (g)	0.05	0.05	
试剂一	450	500	450
试剂二	50		50

网址: www.bpelisa.com




充分混匀,37℃培养1小时(振			(振荡培养或间隔 20min 手动振荡混匀		
	几下)				
	试剂三	300	300	300	

混匀, 8000rpm 离心 5min (若上清液不澄清可加大离心力), 取 200μL 上清液至 96 孔板中, 405nm 下读取吸光值 A, ΔA=A 测定-A 对照-A 空白(每个样本做一个自身对照)。

- 【注】: 1.若△A 较小,可延长 37℃的孵育时间 T(如增至 4 小时或更长),或增加土样质量 W(如增至 0.2g)。则改变后的 T 和 W 需代入计算公式重新计算。
 - 2.若测定管 A 值大于 1.5 或△A 大于 1.5,可缩短 37℃的孵育时间 T(如减至 0.5 小时或更短)。则改变后 T 需代入计算公式重新计算。或对最后一步的待检测上清液(包括测定管、对照管和空白管)同时用蒸馏水进行稀释,稀释倍数 D 代入计算公式。

五、结果计算:

1、标准曲线方程: y = 0.0079x - 0.0126; x 为标准品摩尔质量 (nmol), y 为 $\triangle A$ 。



2、单位定义:每小时每克土样生成 1 nmol 对硝基苯胺定义为一个酶活力单位。 S-LAP(nmol/h/g 土样)=(ΔA+0.0126)÷0.0079÷W÷T×D=126.6×(ΔA+0.0126)÷W×D

T---反应时间, 1h;

W---土壤样本实际取样量, g。

D---稀释倍数,未稀释即为1。

附:标准曲线制作过程:

- 1 临用前甩几下或离心,使粉体落入底部,加入 0.5mL 乙醇,涡旋震荡溶解后再加入 0.5mL 的蒸馏水混匀,标准品母液浓度为 50μmol/mL。将母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品,例如: 0,0.4,0.8,1.2,1.6, 2μmol/mL。也可根据实际样本调整标准品浓度。
- 2 标品稀释参照表如下:

吸取	吸取标准品母液 40uL,加入 960uL 蒸馏水,混匀得到 2μmol/mL 的标品稀释液待用。					
标品浓度 µmol/mL	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2
标品稀释液 uL	0	40	80	120	160	200
水 uL	200	160	120	80	40	0
各标准管混匀待用。						

网址: www.bpelisa.com



3 依据加样表操作,根据结果,以各浓度吸光值减去0浓度吸光值,过0点制作标准曲线。

试剂名称 (μL)	标准管	0 浓度管(仅做一次)		
标品	50			
蒸馏水		50		
试剂一	450	450		
试剂三	300	300		
混匀, 取 200μL 至 96 孔板中, 于 405nm 下读取吸光值,				
△A=A 测定-0 浓度管。				

网址: www.bpelisa.com