

游离胆固醇（Free cholesterol, FC）含量试剂盒说明书

（货号：BP10201F 分光法 48 样 有效期：3 个月）

一、指标介绍：

游离胆固醇（FC）不仅参与形成细胞膜，而且是合成胆汁酸，维生素 D 以及甾体激素的原料。其血清浓度可作为脂代谢的指标。

游离胆固醇（FC）在胆固醇氧化酶作用下被氧化生成 4-胆甾烯酮和 H_2O_2 ；接着与 4-氨基氨替吡啉等反应生成红色醌类化合物，其在 510nm 处有特征吸收峰，通过检测 510nm 处吸光值，即可得出 FC 含量。

二、试剂盒的组分与配制：

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
试剂一	粉剂 1 瓶	4°C 保存	1. 开盖前注意使粉剂落入底部（可手动甩一甩）； 2. 加入 2.2mL 蒸馏水，充分震荡溶解； 3. 保存周期与试剂盒有效期相同。
试剂二	液体 18mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂三	液体 12mL×1 瓶	4°C 避光保存	
标准品	液体 1mL×1 支	4°C 避光保存	

三、实验器材：

研钵（匀浆机）、冰盒（制冰机）、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅（烘箱、培养箱、金属浴）、1ml 比色皿、离心管、分光光度计、乙醇、蒸馏水（去离子水、超纯水均可）。

四、指标测定：

建议先选取 1-3 个差异大的样本（例如不同类型或分组）进行预实验，熟悉操作流程，根据预实验结果确定或调整样本浓度，以防造成样本或试剂不必要的浪费！

1、样本提取：

① 组织样本：称取约 0.1g 组织样本加入研钵中，加入 1mL 无水乙醇，在冰上进行匀浆，12000rpm，4°C 或室温离心 10min，取上清液待测。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液（mL）为 1：5~10 的比例进行提取。

② 细菌/细胞样本：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液，超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；12000rpm 4°C 离心 10min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照细菌/细胞数量（ 10^4 ）：提取液（mL）为 500~1000：1 的比例进行提取。

③ 液体样本：澄清的液体样本直接测定，若浑浊则离心后取上清检测。

2、检测步骤：

① 分光光度计预热 30 min，调节波长到 510 nm，蒸馏水调零。

② 所有试剂解冻至室温（25°C）或于水浴锅（25°C）孵育 15-30min。

③ 在 EP 管中依次加入：

试剂组分（μL）	测定管	标准管 （仅做一次）	空白管 （仅做一次）
标准品		80	
样本	80		

试剂一	40	40	40
试剂二	340	340	420
试剂三	240	240	240
混匀，避光孵育 60min，若浑浊，则于室温 8000rpm 离心 5min，取全部澄清液体转移至 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中，于 510nm 处读取各管吸光值 A。			

【注】：若测定管的 A 值大于 1.5，则需将样本进行稀释（用提取液稀释）或减少样本加样量 V1（如减至 40μL，则试剂二相应增加），稀释倍数 D 或样本量 V1 需代入计算公式重新计算。

五、结果计算：

1、按样本质量计算：

$$FC(\mu\text{g/g 重量}) = (C \text{ 标准} \times V2) \times Mr \times (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div (W \times V1 \div V) \times D \\ = 193.3 \times (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div W \times D$$

2、按细胞数量计算：

$$FC(\mu\text{g}/10^4 \text{ cell}) = (C \text{ 标准} \times V2) \times (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div (500 \times V1 \div V) \times D \\ = 0.39 \times (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \times D$$

3、液体中 FC 含量计算：

$$FC(\mu\text{g/mL}) = (C \text{ 标准} \times V2) \times Mr \times (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div V1 \times D \\ = 193.3 \times (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白})$$

4、按蛋白浓度计算：

$$FC(\mu\text{g}/\text{mg prot}) = (C \text{ 标准} \times V2) \times Mr \times (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div (Cpr \times V1 \div V) \times D \\ = 193.3 \times (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div Cpr \times D$$

C 标准---0.5μmol/mL;

Mr=386.6---胆固醇分子量;

V1---样本加入体积，0.08mL;

V2---标准品加入体积，0.08mL;

V---提取液体积，1mL;

D---稀释倍数，未稀释即为 1;

500---细胞数量，万;

W---样本取样质量，g。

Cpr---蛋白浓度（mg/mL）；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。