

乙醇(ethanol)含量测定试剂盒说明书

(货号: BP10234W 微板法 96样 有效期: 3个月)

一、指标介绍:

乙醇在自然界中无处不在,如食品,果实,酒类,药品,化妆品等;本试剂盒利用乙脱氢酶使乙醇转化为乙醛,同时伴随 NADH 生成;由于乙醇脱氢酶利于乙醇的生成而不是分解,本试剂盒额外添加特异试剂使乙醇脱氢酶能够彻底分解乙醇,进一步通过检测 NADH 在 340nm 的上升量计算出样本中乙醇含量。

二、试剂盒的组成和配制:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
试剂一	液体 1 支	-20℃保存	1. 临用前 8000g 4°C 离心 2mim 使试剂落入管底(可手动用一用); 2. 加入 1.1mL 蒸馏水溶解,可-20℃分装保存,禁止反复冻融。
试剂二	粉剂 1 支	4℃保存	1. 临用前 8000g 4°C 离心 2mim 使粉剂落入管底(可手动用一用); 2. 加入1.1mL蒸馏水溶解备用; 3. 保存周期与试剂盒有效期相同。
试剂三	液体 20mL×1 瓶	4℃保存	
试剂四	液体 1 支	-20℃保存	1. 临用前 8000g 4°C 离心 2mim 使试剂落入管底(可手动用一甩); 2. 加入 0.6mL 蒸馏水混匀备用; 3. 保存周期与试剂盒有效期相同。

三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 96 孔板、离心管、酶标仪、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

四、指标测定:

建议先选取 1-3 个差异大的样本(例如不同类型或分组)进行预实验,熟悉操作流程,根据预实验结果确定或调整样本浓度,以防造成样本或试剂不必要的浪费!

1、样本提取:

① 称取约 0.2g 组织(水分充足的样本可取约 0.5g),加入 1mL 蒸馏水,进行冰浴匀浆,12000rpm,室温离心 10min,取上清液待测。(若组织样本蛋白含量很高,可进行脱蛋白处理)

【注】: 若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为5~10:1 的比例进行提取

② 细菌/细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;取 500 万细菌或细胞加入 1mL 蒸馏水,在 4℃或 冰浴进行匀浆(或使用各类常见电动匀浆器)。4℃约 12,000rpm 离心 10min,取上清作为待测样品。

【注】:若增加样本量,可按照细菌/细胞数量(104):提取液(mL)为 500~1000:1 的比例进行提取。

- ③ 液体样品: 澄清的液体样本直接检测, 若浑浊则离心后取上清液检测。
- 2、 检测 步骤:
- ① 酶标仪预热 30min 以上,调节波长至 340nm。

网址: www.bpelisa.com



- ② 所有试剂解冻至室温 (25°C) 或水浴锅 (25°C) 孵育 15-20min。
- ③ 在96孔板中依次加入:

试剂组分 (μL)	测定管			
样本	10			
试剂一	10			
试剂二	10			
试剂三	165			
混匀, 室温 (25℃	C) 孵育 10min, 于			
340nm 处读取 A1 值,				
试剂四	5			
混匀, 室温 (25℃	(c) 反应 30min, 于			
340nm 处读取 A2 值,△A=A2-A1。				

【注】若 $\triangle A$ 的值在零附近徘徊,可以增加样本量 V1 (相应的试剂三减少)或样本准备制备的时候,增加样本质量 W,则改变后的 V1 或 W 需代入计算公式重新计算。

五、结果计算:

1、按照样品质量计算:

乙醇含量(μ g/g 鲜重)=[Δ A÷(ϵ ×d)×V2×Mr×10⁶]÷(W×V1÷V)÷2 =148.14× Δ A÷W

2、按细胞数量计算:

乙醇含量(μ g/ 10^4 cell)= [Δ A÷(ϵ ×d)×V2×Mr× 10^6]÷(500×V1÷V)÷2 =148.14× Δ A ÷500

3、按照液体体积计算:

乙醇含量(μ g/mL)=[Δ A÷(ϵ ×d)×V2×Mr×10⁶]÷V1÷2=148.14× Δ A

4、按照蛋白浓度计算:

乙醇含量(μ g/mg prot)=[Δ A÷(ϵ ×d)×V2×Mr×10⁶]÷(Cpr×V1÷V)÷2 =148.14× Δ A ÷Cpr

ε---NADH 摩尔消光系数, 6.22×10³ L/mol/cm; d---96 孔板光径, 0.5cm;

V---加入提取液体积, 1 mL; V1---加入反应体系中样本体积, 0.01mL;

V2---反应总体积, 2×10-4 L; Mr---乙醇分子量, 46.07;

W---样本质量, g; 2---1 分子乙醇产生 2 分子 NADH;

500---细胞数量, 万;

Cpr---蛋白浓度 (mg/mL); 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

网址: www.bpelisa.com