

Alanopine 脱氢酶(ADH)活性测定试剂盒说明书

(货号: BP10242W 微板法 96 样 有效期: 3 个月)

一、指标介绍:

海洋无脊椎动物主要存在 4 种无氧代谢途径, 其中葡萄糖-opine 途径在无氧代谢初期发挥了重要作用, 无脊椎动物中特有的 Opine 脱氢酶 (OpDHs)保证了这一过程的顺利进行。Alanopine 脱氢酶(ADH; EC 1.5.1.17)是 Opine 脱氢酶 (OpDHs)系列酶中的一种。

Alanopine 脱氢酶(ADH)催化丙酮酸和特异底物丙氨酸反应生成相应的亚氨基酸,同时使 NADH 发生氧化,通过检测 NADH 在特征吸收波长 340nm 处的下降速率即可得出 ADH 酶活性大小。

二、试剂盒的组成和配制:

	THIS TO SOLUTION !			
试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项	
提取液	液体 100mL×1 瓶	4℃保存		
试剂一	粉剂 2 支	-20℃保存	每支: 1. 临用前 8000g 4°C 离心 2mim 使粉剂落入管底(可手动甩一甩); 2. 每支分别加 0.55mL 蒸馏水溶解备用; 3. 用不完的试剂分装后-20°C保存,禁止反复冻融,一周内用完。	
试剂二	液体 1 支	4℃保存	1. 临用前 8000g 4°C 离心 2mim 使试剂落入管底(可手动甩一甩); 2. 加入 1.1mL 蒸馏水溶解备用; 3. 保存周期与试剂盒有效期相同。	
试剂三	液体 16mL ×1 瓶	4℃保存		

三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 96 孔板、离心管、酶标仪、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

四、指标测定:

建议先选取 1-3 个差异大的样本(例如不同类型或分组)进行预实验,熟悉操作流程,根据预实验结果确定或调整样本浓度,以防造成样本或试剂不必要的浪费!

1、样本提取:

① 组织样本:

称取约 0.1g 组织样本,加入 1mL 提取液,进行冰浴匀浆。12000rpm 4℃离心 10min,取上清,置冰上待测。

【注】: 若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例进行提取。

② 细菌/细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液;冰浴超声波破碎细菌或细胞(冰浴,功率 20%或 200W,超声 3s,间隔 10s,重复 30 次);12000rpm,4℃离心 10min,取上清,置冰上待测。

【注】: 若增加样本量,可按照细菌或细胞数量(10^4 个): 提取液体积(mL)为 $500\sim1000$: 1 的比例进行提取。

2、检测步骤:

- ① 酶标仪预热 30min 以上,调节波长至 340nm。
- ② 在 96 孔板中依次加入:

网址: www.bpelisa.com



试剂组分(μL)	测定管
样本	20
试剂一	10
试剂二	10
试剂三	160

混匀,室温 (25°C)下,于 340nm 读取 吸光值 A1,5min 后读取吸光值 A2, △A= A1-A2。

【注】 1.若 10s 后反应体系未稳定可延长到 1min 后再读取 A1 值。

- 2.若 $\triangle A$ 的值小于 0.005,可以适当延长反应时 T (如由 5min 增至 10min) 读取 A2,或适当加大样本量 V1 (如 增至 $40\mu L$,则试剂三相应减少),则改变后的 T 和 V1 需代入计算公式重新计算。
- 3. 若起始值 A1 太大如超过 2(如颜色较深的样本),可以适当减少样本加样量 V1(如减至 $10\mu L$,则试剂 三相应增加),则改变后的 V1 需代入计算公式重新计算。
- 4. 若 ΔA 的值大于 0.35 或 A2 值低于 0.35,则需减少反应时间 T(如减至 5min)读取 A2,则改变后的反应时间 T 需代入计算公式重新计算。
- 5. 若下降趋势不稳定,可以每隔 20S 读取一次吸光值,选取一段线性下降的时间段来参与计算,相对应的 A 值也代入计算公式重新计算。

五、结果计算:

1、按样本蛋白浓度计算:

定义: 每毫克组织蛋白在每分钟内氧化 1 nmol NADH 所需酶量定义为一个酶活力单位。

ADH(nmol/min/mg prot)= $[\Delta A \times V2 \div (\varepsilon \times d) \times 10^9] \div (V1 \times Cpr) \div T=643.1 \times \Delta A \div Cpr$

2、按样本鲜重计算:

定义:每克组织在每分钟内氧化 1nmol NADH 所需酶量定义为一个酶活力单位。

 $ADH(nmol/min/g 鲜重)=[\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (W \times V1 \div V) \div T=643.1 \times \Delta A \div W$

3、按细菌或细胞密度计算:

V---加入提取液体积,1 mL; V1---加入样本体积,0.02mL;

V2---反应体系总体积,2×10-4 L; d---96 孔板光径,0.5cm;

ε---NADH 摩尔消光系数,6.22×10³ L/mol/cm; W---样本质量,g;

T---反应时间, 5min; 500---细菌或细胞总数, 万;

Cpr---蛋白浓度(mg/mL),建议使用本公司的 BCA 蛋白含量测定试剂盒。

网址: www.bpelisa.com