

半乳糖（D-Galactose）含量试剂盒说明书

（货号：BP10321F 分光法 24 样 有效期：3 个月）

一、产品简介：

半乳糖在含有半乳糖脱氢酶的复合酶作用下被分解，同时使 NAD⁺ 还原成 NADH，NADH 与特异显色剂反应生成于 450nm 处有特征吸收峰的黄色物质，通过检测该物质的增加量，计算得到半乳糖的含量。

二、测试盒组成和配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	粉体 1 支	4℃保存	1. 开盖前注意使粉体落入底部（可手动甩一甩）； 2. 加入 0.55mL 蒸馏水溶解备用； 3. 保存周期与试剂盒有效期相同。
试剂二	液体 1 支	4℃避光保存	
试剂三	液体 15mL×1 瓶	4℃保存	
试剂四	液体 1 支	4℃保存	1. 临用前 8000g 4° C 离心 2min 使微量液体落入管底（可手动甩一甩）； 2. 加入 0.55mL 蒸馏水混匀备用； 3. 保存周期与试剂盒有效期相同。
标准品	液体 1 支	4℃避光保存	1. 若重新做标曲，则用到该试剂； 2. 按照说明书中标曲制作步骤进行配制； 3. 溶解后的标品一周内用完。

三、所需的仪器和用品：

研钵（匀浆机）、冰盒（制冰机）、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅（烘箱、培养箱、金属浴）、1ml 比色皿、离心管、分光光度计、蒸馏水（去离子水、超纯水均可）。

四、指标测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

- ① **组织样本**：0.1g 组织样本（水分充足的样本建议取 0.2g 左右），加 1mL 的蒸馏水研磨，粗提液全部转移到 EP 管中，12000rpm，常温离心 10min，上清液待测。
- ② **液体样品**：近似中性的澄清液体样本可直接检测；若为酸性样本则需先用 NaOH(2M)调 PH 值约 7.4，然后室温静置 30min，取澄清液体直接检测。

2、上机检测：

- ① 分光光度计预热 30 min 以上，调节波长到 450nm，蒸馏水调零。
- ② 所有试剂解冻至室温（25℃），为了减少操作误差，建议使用排枪。
- ③ 做实验前可以选取几个样本做预测定，若待检测指标含量较高可通过用蒸馏水稀释找出适合本次检测样本的稀释倍数 D。
- ④ 依次在 1mL 石英比色皿（光径 1cm）中加入：

试剂名称 (μL)	测定管	空白管（仅做一次）
样本	140	
蒸馏水	100	240
试剂一	20	20


试剂二	20	20
试剂三	440	440
混匀，25℃条件下孵育5min于450nm处读取各管的A1值		
试剂四	20	20
混匀，25℃条件下反应20min于450nm处读取各管的A2值（若A值继续增加，需延长反应时间，直至2分钟内的吸光值保持不变）， $\Delta A_{\text{半乳糖}} = (A2 - A1)_{\text{测定管}} - (A2 - A1)_{\text{空白管}}$		

【注】1. 若 A2 值大于 1 则需用蒸馏水对样本进行稀释，或者降低样本加样体积 V1（如减至 10μL，则蒸馏水相应增加），则稀释倍数 D 或 V1 需代入公式重新计算。

2. 若 A2-A1 的差值小于 0.1 则可增加样本取样质量 W 或增加样本加样体积 V1（如增加至 180μL，则蒸馏水相应减少），则改变后的 W 或 V1 需代入公式重新计算。

五、结果计算：

1、标准曲线方程为 $y = 0.6459x - 0.0013$ ；x 为标准品质量（mg），y 为吸光值 ΔA 。



2、按样本质量计算：

$$\begin{aligned} \text{半乳糖含量(mg/g鲜重)} &= [(\Delta A + 0.0013) \div 0.6459] \div (V1 \div V \times W) \times D \\ &= 11.06 \times \Delta A \div W \times D \end{aligned}$$

3、按蛋白浓度计算：

$$\begin{aligned} \text{半乳糖含量(mg/mg prot)} &= [(\Delta A + 0.0013) \div 0.6459] \div (V1 \div V \times Cpr) \times D \\ &= 11.06 \times \Delta A \div Cpr \times D \end{aligned}$$

3、按照体积计算：

$$\text{半乳糖含量(mg/mL)} = [(\Delta A + 0.0013) \div 0.6459] \div V1 \times D = 11.06 \times \Delta A \times D$$

V---提取液体积，1mL；

V1---样本体积，140μL=0.14mL；

半乳糖分子量---180.16；

W---样本质量，g；

D---稀释倍数，未稀释即为1；

Cpr---蛋白浓度（mg/mL）；建议使用本公司的BCA蛋白含量检测试剂盒。

附：标准曲线制作过程：

1 标准品母液浓度为 5mg/mL。将母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品，例如：0, 1, 2, 3, 4, 5mg/mL。也可根据实际样本调整标准品浓度。

2 标品稀释参照表如下：

标品浓度 mg/mL	0	1	2	3	4	5
---------------	---	---	---	---	---	---

标品稀释液 uL	0	40	80	120	160	200
水 uL	200	160	120	80	40	0
各标准管混匀待用。						

- 3 依据测定管加样表操作，根据结果，以各浓度吸光值减去 0 浓度吸光值，过 0 点制作标准曲线。

试剂名称 (μL)	标准管	0 浓度管 (仅做一次)
标品	140	
蒸馏水	100	240
试剂一	20	20
试剂二	20	20
试剂三	440	440
混匀，25℃条件下孵育5min于450nm处读取各管的A1值		
试剂四	20	20
混匀，25℃条件下反应20min于450nm处读取各管的A2值（若A值继续增加，需延长反应时间，直至2分钟内的吸光值保持不变）， $\Delta A_{\text{半乳糖}} = (A2 - A1)_{\text{标准管}} - (A2 - A1)_{0\text{浓度管}}$ 。		