

葡萄糖(Glucose)含量(己糖激酶法)检测试剂盒说明书

(货号: BP10327F 紫外法 48样 有效期: 3个月)

一、产品简介:

葡萄糖 (C6H12O6),是产生能量分子ATP的主要来源。本试剂盒提供一种定量、快速、简单、灵敏的检测方法,葡萄糖在己糖激酶等酶复合物作用下,使NADPH的量不断增加,通过检测340nm下该物质的增加量,进而计算得到葡萄糖含量。

二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	粉剂 1 支	-20℃保存	1. 临用前 8000g 4°C 离心 2mim 使试剂落入管底(可手动用一用); 2. 使粉剂落入底部,再加1.4mL蒸馏水备用; 3. 保存周期与试剂盒有效期相同。
试剂二	35mL 液体×1 瓶	4℃保存	
试剂三	粉剂1支	-20℃保存	1. 临用前 8000g 4°C 离心 2mim 使试剂落入管底(可手动 甩一甩); 2. 加入 1.4mL 蒸馏水备用; 3. 保存周期与试剂盒有效期相 同。

三、所需仪器和用品:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 1ml 比色皿、离心管、紫外分光光度计、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

四、指标测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂 浪费!

1、样本制备:

- ① 组织样本: 0.1g 组织样本(水分充足的样本建议取 0.2g 左右),加 1mL 的蒸馏水研磨,粗提液全部转移到 EP 管中,12000rpm,常温离心 10min,上清液待测。注:若组织样本蛋白含量很高,可先进行脱蛋白处理。
 - 【注】: 做实验前可以选取几个样本,找出适合本次检测样本的稀释倍数 D,果实样本含糖量较高,可稀释 20-40 倍;叶片样本可稀释 2-5 倍。
- ② 细胞/菌类样本: 先收集细胞或细菌到离心管内, 离心弃上清; 取 500 万细菌或细胞加入 1mL 蒸馏水; 冰浴超声波破碎细菌或细胞(冰浴, 功率 20%或 200W, 超声 3S, 间隔 10S, 重复 30 次); 12000rpm, 常温离心 10min, 取上清液待测。
 - 【注】: 也可按照细菌或细胞数量(10^4 个): 提取液体积(mL)为 $500\sim1000$: 1 的比例进行提取。
- ③ 液体样品:近似中性的澄清液体样本可直接检测;若为酸性样本则需先用 NaOH(2M) 调 PH 值约 7.4,然后室温静置 30min,取澄清液体直接检测。
 - 【注】可选取几个样本,进行不同倍数的稀释,选取适合本次样本的稀释倍数 D。
 - 2、上机检测:
 - ① 紫外分光光度计预热 30min,设置温度在 25℃,设定波长到 340nm,蒸馏水调零。

网址: www.bpelisa.com



② 在 1mL 石英比色皿中依次加入:

试剂名称		ウム <i>体 (1714</i> 、27)		
(µL)	测定管	空白管(仅做一次)		
样本	25			
试剂一	25	25		
试剂二	625	625		
混匀,5min后于340nm处读取各管的A1值				
试剂三	25	25		

混匀,反应20min于340nm处读取各管的A2值(若A值继续增加,需延长反应时间,直至2分钟内的吸光值保持不变), $\Delta A=(A2-A1)$ 测定-(A2-A1)空白。

【注】1.检测反应20min后是否反应完全,在准备读值时可改用时间扫描3min,间隔1min,依此判读反应是否完全。然后再读取各测定管的A值。

2.若A2大于1.5,可以适当减少样本量(如 $10\mu L$,则试剂二相应增加),3.若 ΔA 的差值较小,可增加样本量:如 $50\mu L$,则试剂二相应减少。

五、结果计算:

1、按照质量计算:

葡萄糖含量(mg/g 鲜重)= $[\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times Mr \times 10^3] \div (W \times V1 \div V) \times D=0.8 \times \Delta A \div W \times D$

2、按照细胞数量计算:

葡萄糖含量(μ g/ 10^4 cell)=[Δ A÷(ϵ ×d)×V2×Mr× 10^6]÷(500×V1÷V)×D=800.7× Δ A÷500×D

3、按照体积计算:

葡萄糖含量 $(mg/mL)=[\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times Mr \times 10^3] \div V1 \times D=0.8 \times \Delta A \times D$

4、按照蛋白浓度计算:

葡萄糖含量(mg/mg prot)=[ΔA÷(ε×d)×V2×Mr×10³]÷(Cpr×V1÷V)×D=0.8×ΔA÷Cpr×D

ε---NADPH 的摩尔消光系数, 6.3×10³ L/mol/cm; d---光径, 1cm;

V---加入提取液体积, 1mL; V1---加入样本体积, 0.025mL; V2---反应

总体积, 7×10⁴ L; Mr---葡萄糖分子量, 180.16; W---样本鲜重, g; 500-细胞数量, 万;

D---稀释倍数,未稀释即为 1;

Cpr---蛋白浓度 (mg/mL) ; 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

网址: www.bpelisa.com