

谷氨酰胺酶(glutaminase, GLS) 活性测定试剂盒说明书

(货号: BP10354F 分光法 48 样 有效期: 6 个月)

一、指标介绍:

谷氨酰胺酶 (GLS, EC 3.5.1.2) 是酰胺酶的一种, 催化谷氨酰胺水解成谷氨酸和氨, 在氮素代谢中具有重要调控作用, 尤其是调节游离氨含量和尿素代谢。

谷氨酰胺酶 (GLS) 催化谷氨酰胺水解成 L-谷氨酸和氨, 利用氨在强碱的环境下与次氯酸盐和苯酚作用, 生成水溶性染料靛酚蓝, 溶液颜色稳定。其在 630nm 处有特征吸收峰, 通过检测氨增加的速率, 即可计算该酶活性大小。

二、试剂盒的组成和配制:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
提取液	液体 60mL×1 瓶	4°C保存	
试剂一	液体 22mL×1 瓶	4°C保存	
试剂二	粉剂 2 瓶	4°C保存	每瓶: 1. 开盖前注意使试剂落入底部(可手动甩一甩); 2. 每瓶再加 11mL 蒸馏水溶解备用; 3. 保存周期与试剂盒有效期相同。
试剂三	液体 22mL×1 瓶	4°C保存	
试剂四	液体 25mL×1 瓶	4°C避光保存	
试剂五	液体 12mL×1 瓶	4°C保存	
试剂六	A: 液体 7mL×4 瓶 B: 液体 1 支	4°C避光保存	1. 临用前取 60μL 的 B 液进一瓶 A 液中, 混匀后作为试剂六使用; 2. 混匀后的试剂六避光保存, 一周内用完,
标准管	液体 1 支	4°C保存	1. 若重新做标曲, 则用到该试剂; 2. 按照说明书中标曲制作步骤进行配制; 3. 溶解后的标品一周内用完。

三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、1ml 比色皿、离心管、分光光度计、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

四、指标测定:

建议先选取 1-3 个差异大的样本(例如不同类型或分组)进行预实验, 熟悉操作流程, 根据预实验结果确定或调整样本浓度, 以防造成样本或试剂不必要的浪费!

1、样本提取:

① 组织样本: 称取约 0.1g 组织(水分足的样本可取 0.2-0.5g), 加入 1mL 提取液; 进行冰浴匀浆。12000rpm, 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 也可以按照组织质量(g): 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例提取。

② 细菌/细胞样本: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞(冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量(10^4): 提取液(mL)为 500~1000: 1 的比例进行提取。

③ 液体样本: 直接检测; 若浑浊, 离心后取上清检测。

2、检测步骤:

① 分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 630nm，蒸馏水调零。

② 所有试剂解冻至室温（25℃），在 EP 管依次加入：

试剂组分（μL）	测定管	对照管
样本	80	80
试剂一	200	200
试剂二	200	
试剂三		200
混匀，放入 37℃水浴锅或恒温培养箱中孵育 1h		
试剂二		200
试剂三	200	
混匀，室温 12000rpm 离心 10min，上清液待测。		

③ 显色反应：在 EP 管中依次加入：

试剂组分（μL）	测定管	对照管
上清液（上步反应）	60	60
蒸馏水	180	180
试剂四	240	240
试剂五	120	120
试剂六	240	240
充分混匀，37℃放置 20min 后，全部液体转移至 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中，于 630nm 处读取吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ （每个样本做一个自身对照）。		


【注】1. 试剂四和五和六需分开加，不能事先混匀。

2. 若 ΔA 的值较小，可增加 37℃孵育时间（如增至 2 小时或更长），或在显色阶段增加上清液量 V_1 （如增至 120μL，则蒸馏水体积相应减少）；则改变后的 T 和 V_1 需代入计算公式重新计算。

3. 若 A 测定大于 1.8，可减少 37℃孵育时间（如减至 0.5 小时或更短），或在显色阶段减少上清液量 V_1 （如减至 30μL，则蒸馏水体积相应增加）；则改变后的 T 和 V_1 需代入公式重新计算。

五、结果计算：

1、标准曲线方程为 $y = 1.3229x - 0.0101$ ；x 为标准品质量（μg），y 为吸光值 ΔA 。



2、按样本蛋白浓度计算：

单位定义：每毫克蛋白质每小时催化谷氨酰胺生成 1μg 氨定义为一个酶活力单位。

$$GLS(\mu\text{g/h/mg prot}) = (\Delta A + 0.0101) \div 1.3229 \times (V_2 \div V_3) \div (V_1 \times C_{pr}) \div T = 107.1 \times (\Delta A + 0.0101) \div C_{pr}$$

3、按样本鲜重计算：

单位定义：每克组织每小时催化谷氨酰胺生成 1μg 氨定义为一个酶活力单位。

$$GLS(\mu\text{g/h/g 鲜重}) = (\Delta A + 0.0101) \div 1.3229 \times (V_2 \div V_3) \div (W \times V_1 \div V) \div T = 107.1 \times (\Delta A + 0.0101) \div W$$

4、按细胞数量计算：

单位定义：每 10^4 个细胞每小时催化谷氨酰胺生成 $1\mu\text{g}$ 氨定义为一个酶活力单位。

$$\text{GLS}(\mu\text{g/h}/10^4\text{ cell})=(\Delta A+0.0101)\div 1.3229\times(V2\div V3)\div(500\times V1\div V)\div T=0.214\times(\Delta A+0.0101)$$

5、按照液体体积计算：

单位定义：每毫升液体每小时催化谷氨酰胺生成 $1\mu\text{g}$ 氨定义为一个酶活力单位。

$$\text{GLS}(\mu\text{g/h/mL})=(\Delta A+0.0101)\div 1.3229\times(V2\div V3)\div V1\div T=107.1\times(\Delta A+0.0101)$$

V---提取液体积，1mL；

V1---加入②步反应体系中样本体积，0.08mL；

V2---②步反应体系总体积：0.68mL；

V3---③步显色步骤中上清液体积，0.06mL；

T---反应时间，1h；

W---样本质量；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL，建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

附：标准曲线制作过程：

- 1 标准品母液浓度为 $10\mu\text{g/mL}$ 。将母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品，例如：0, 2, 4, 6, 8, 10 $\mu\text{g/mL}$ 。也可根据实际样本调整标准品浓度。

- 2 标品稀释参照表如下：

标品浓度 $\mu\text{g/mL}$	0	2	4	6	8	10
标品稀释液 uL	0	40	80	120	160	200
水 uL	200	160	120	80	40	0
各标准管混匀待用。						

- 3 依据显色反应阶段的测定管加样表操作，根据结果，以各浓度吸光值减去 0 浓度吸光值，过 0 点制作标准曲线。

试剂名称 (μL)	标准管	0 浓度管 (仅做一次)
标品	60	
蒸馏水	180	240
试剂四	240	240
试剂五	120	120
试剂六	240	240
充分混匀， 37°C 放置 20min 后，全部液体转移至 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中，于 630nm 处读取吸光值 A， $\Delta A=A$ 测定-0 浓度管。		